

岫岩满族自治县中医院医用 II 类射线装置应用项目

竣工环境保护验收报告（总结）

岫岩满族自治县中医院是以中医中药为特色的集医疗、护理、康复、急救科研、预防和教学为一体的一所国家二级甲等中医院。医院始建于 1984 年，现有干部职工 334 人，人才梯队合理配置，省内著名中西医专家 3 人，主任医师 9 人，副主任医师 19 人，具有中级职称 83 人，设置科室 16 个，医技科室 9 个，构建了一支技术精湛的医疗队伍。同时中医院专科建设日趋完善，其中设特色中医包括：骨伤科、软伤科、肛肠科、糖尿病专科、内科、外科、血栓病专科。全院内设病房床位 400 多张。

《岫岩满族自治县中医院医用 II 类射线装置应用项目环境影响报告表》编制单位为辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司，于 2021 年 11 月 22 日通过了辽宁省生态环境厅环评审批，并办理《辐射安全许可证》。省环保批复文号为辽环辐表[2021]67 号。批复内容为：在合作医疗局综合楼住院部五层建设一间导管室，使用一台具有血管造影功能的移动式 C 型臂 X 射线机（II 类射线装置），最大管电压 125 千伏，最大管电流 250 毫安。

项目属于未批先建项目，于 2018 年 4 月开工，2018 年 7 月竣工。项目实际建设与环评一致。无变更。

依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等，受本单位委托，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司于 2022 年 11 月 23 日对岫岩满族自治县中医院医用 II 类射线装置应用项目中医用 II 类射线装置所在导管室进行竣工环境保护验收现场监测。

为配合本项目的竣工环境保护验收工作的进行，本单位相关部门组织了本项目中导管室的自查，项目具备验收条件。

2022 年 12 月 7 日，由于疫情原因，岫岩满族自治县中医院采用远程

腾讯视屏会议验收。参加核查的有岫岩满族自治县中医院、辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司及邀请的三位专家组成验收组共 8 人，组成建设项目竣工环境保护自主验收组。

验收组与会代表听取了岫岩满族自治县中医院对该项目的建设、环保执行、项目试运行情况汇报，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司对该项目竣工环境保护验收报告的汇报，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的要求，对导管室进行现场核查。通过认真核准、讨论，形成验收现场核查意见，本次自主验收按照《岫岩满族自治县中医院医用 II 类射线装置应用项目竣工环境保护验收意见》修改后，同意该项目通过环保竣工验收。

我单位已按照核查意见的整改要求，完成了材料补充、制度完善等整改工作。

岫岩满族自治县中医院

2022 年 12 月 12 日

